

Uchwała Nr 238/XXXI/2002

Uchwała w sprawie określenia zasad nabycia przez Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku ul. Batorego 44 aparatu do znieczulenia ogólnego.

Uchwała Nr 238/XXXI/2002

**Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 7 marca 2002 r.**

w sprawie określenia zasad nabycia przez Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku ul. Batorego 44 aparatu do znieczulenia ogólnego.

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Powiatu w Otwocku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na zakup przez ZP ZOZ aparatu do znieczulenia ogólnego, który będzie stanowił wyposażenie bloku operacyjnego.
2. ZP ZOZ dokona zakupu aparatu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą określoną w ustawie o zamówieniach publicznych.
3. Wartość szacunkową zakupu ustala się na kwotę 120.000 zł., która zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z dotacji Powiatu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Aparat przeznaczony do znieczulenia ogólnego zostanie zakupiony ze środków budżetowych Powiatu przekazanych do ZP ZOZ w formie dotacji. Przekazanie jej oraz sposób i termin rozliczenia zostanie określony w porozumieniu zawartym pomiędzy Dyrekcją Szpitala i Zarządem Powiatu.

Przeznaczenie – dla potrzeb bloku operacyjnego.

Zakup zostanie dokonany w drodze przetargu.

Parametry techniczne i użytkowe:

- zasilanie pneumatyczne 022, N20 powietrze,
- sposoby wentylacji – kontrolowane, mechaniczne, ręczne,
- sposób działania – częstotliwość 8-60 cykli/min,
- obj. oddechowe 60 do 1500 ml.
- PEEP od 0 do 15 kPA.

Pomiar:

- częstości oddechów
- objętości oddechowej,
- objętości minutowej,
- stężenia tlenu,
- PEEP,
- ciśnienia średniego,
- plateau,
- westchnięcia.

Alarmy pokazujące zab. wentylacji, rozłączenia spadek stężenia tlenu.

Aparat wyposażony w proporcjonalny blok przepływomierzowy, pracujący na niskich przepływach gazów, parownik halotanowy, ssak, monitor EKG.

Aparat powinien umożliwiać wentylację dzieci.

Wartość szacunkowa zakupu wynosi 120.000 zł.